

**Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego . Nr sprawy 6/2018**

**Pytanie 1 :**

Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wybrane pozycje? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający **nie** dopuszcza złożenia ofert na wybrane pozycje.

**Pytanie 2 :** poz. 67

Czy zamawiający oczekuje pojemnika do dobowej zbiórki moczu w formie worka, z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający oczekuje w poz. 67 zgodnie ze specyfikacją pojemnika na mocz jałowego, może być także w formie worka. Nie wymaga spełnienia w/w parametrów.

**Pytanie 3:** poz. 102

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową bursztynową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml?

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający dopuszcza strzykawkę trzyczęściową bursztynową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.u., sterylną, pakowaną indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml.

**Pytanie 4:** poz. 103

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml?

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający dopuszcza strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.u., sterylną, pakowaną indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml.

Z poważaniem  
Anna Kurianowicz  
Kier. Działu farmacji