



Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej

48-210 BIAŁA ul. Moniuszki 8

Tel.: (77) 43 87 033, Fax.: (77) 43 87216

e-mail: szpitalbiala@pro.onet.pl



Biała 30.07.2020

ODPOWIEDZI

Na pytania w zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania pt.: „Dostawę automatycznego w pełni powtarzalnego zamkniętego systemu przeznaczonego do mycia i dezynfekcji gastroskopów, kolonoskopów”

Zamawiający przedkłada odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie niemedycznego wyposażenia dodatkowego myjni m. in.. modułu współpracy z Endobase, endoskanu – systemu dokumentacji procesu mycia i dezynfekcji , uzdatniacza wody i innych, które nie są wyrobami medycznymi dla których obowiązuje stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tych elementów przedmiotu zamówienia dokumentów wymaganych dla sprzętu medycznego?

TAK, Zamawiający dopuszcza taką ofertę.

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznika nr 2 - Parametry Techniczne i Eksploatacyjne pozycja 36:
Czy Zamawiający dopuści przepływ nominalny w granicach 1,0 – 2,5 m³/h?

TAK, Zamawiający dopuszcza taką ofertę.

Pytanie nr 3

Dotyczy załącznika nr 3 (wzór umowy), § 7 WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY, ust. 2.5.

Czy zamawiający zrezygnuje z zapisów § 7 punkt 5. ?

Ze względu na specyfikę techniczną myjni endoskopowej, w tym jej gabaryty, wszelkie naprawy są dokonywane w miejscu użytkowania urządzenia. Ze względu na zbyt wysokie koszty logistyczne - w tym demontażu, transportu i ponownej instalacji produktu, oraz ze względu na kwestie mikrobiologiczne i epidemiologiczne, Wykonawca nie ma możliwości zapewnienia sprzętu zastępczego na czas przedłużającej się naprawy.

Jednocześnie chcemy Państwa zapewnić, że 99% napraw wykonywane jest w ciągu 5-8 dni roboczych.

TAK, Zamawiający dopuszcza taką ofertę.

Pytanie nr 4

dotyczy Załącznika nr 2 - Parametry Techniczne i Eksploatacyjne pozycja 37.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zewnętrznego uzdatniacza wody bez przenośnego wyświetlacza służącego do monitorowania stanu pracy?

TAK, Zamawiający dopuszcza taką ofertę.